


## 单一性来源采购方式申请审批表

采购单位	重庆医科大学附属永川医院
采购项目名称、项目编号	钬激光激光器维修服务、2022FW034
拟采购供应商名称	合肥大族科瑞达激光设备有限公司
采购预算价格	7.5 万元
采购项目描述	<p>医院现有钬激光设备激光功率低，碎石效果差，经检查钬激光激光器功率衰减40%左右，经处理后激光功率有所改善，仍不能满足使用要求，急需更换激光器1套并与现有钬激光系统相匹配（现有的钬激光系统，品牌为合肥大族，型号是HANS-H65，激光器工作方式：脉冲，最大单脉冲能量：5.0J可调，光纤终端输出平均功率：<math>\geq 65W</math>），以保证临床手术正常开展。</p>
单一性来源理由	<p>医院现有钬激光设备的生产厂家，合肥大族科瑞达激光设备有限公司。因需要更换的激光器，只能由原厂提供，依照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，此项采购属于“只能从唯一供应商处采购”的情形，故采用</p>

	院内单一来源采购。	
采购办意见	同意	曹宝廷
分管院领导意见		

## 泌尿外科医用钬激光维修采购要求

- 1、更换激光器,与我院现有的钬激光系统（品牌：合肥大族，型号:HANS-H65）相匹配。
- 2、激光器工作方式：脉冲。
- 3、最大单脉冲能量：5.0J 可调。
- 4、光纤终端输出平均功率： $\geq 65W$ 。
- 5、所更换零配件需有原厂授权。
- 6、质保期： $\geq 12$  个月。
- 7、维修期限：7个工作日内。

设备科经办人（工程师）审核：刘曼明

设备科负责人审核：

分管院长审核：

2022年9月8日

## 关于讨论医用钬激光激光器维修服务 采购方式的会议纪要

时间：2022年9月9日（星期五）上午09:30-10:00

地点：采购办

参会人员：曹定超、彭先成、潘幸东、张敬东、邓皓月

记录人员：张敬东

### 会议情况：

2022年7月28日，设备科刘晏明提交医用钬激光激光器维修服务申请，经领导审批后转采购办。

1. 维修服务说明：医院现有钬激光设备激光功率低，碎石效果差，经检查钬激光激光器功率衰减40%左右，经处理后激光功率有所改善，但达不到最佳状态，因激光器处于衰减状态，激光功率随时有可能不能满足使用要求，需要更换激光器1套，型号为65W，保证临床手术正常开展。

2. 项目预算金额：¥75,000.00元。

经参会人员充分讨论，形成一致意见：

医院现有钬激光设备的生产厂家，合肥大族科瑞达激光设备有限公司。因需要更换的型号为65W激光器，只能由原厂提供，依照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，此项采购属于“只能从唯一供应商处采购”的情形，故采用院内单一来源采购。

参会人员签字：

曹定超 邓皓月 潘幸东 彭先成 张敬东